



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
UPRAVA POLICIJE
01 Broj: 404/103-4269
Podgorica, 06.06.2019. godine

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Uprava policije	Lice za davanje informacija: Zorica Knežević, Darka Šaban
Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 22	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB (Matični broj): 11044557
Telefon: 067 578 500	Faks: 067 578 500
E-mail adresa: zorica.knezevic@uspntf.gov.me	Internet stranica (web): www.up.gov.me

II Predmet nabavke:

Robe

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka usnika za alkotest.
34923000-3 Oprema za kontrolu drumskog saobraćaja

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 14.500,00 €

V Ishod postupka nabavke male vrijednosti je:

izbor najpovoljnije ponude

VI Rang lista po silaznom redosledu:

Na osnovu prosječnog broja bodova dobijenih ponuda po predviđenom kriterijumu:

1. „SKY TECHNOLOGIES“ DOO, Beograd –100 bodova

Shodno Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj: 404/19-2755/2 od 28.05.2019.godine, na adresu Uprave policije, u utvrđenom roku, dostavljene su ponude sledećih ponuđača: „SKY TECHNOLOGIES“ doo Beograd i „DEUS GROUP“ doo Nikšić.

Ocjenom ispravnosti ponude ponuđača „DEUS GROUP“ doo Nikšić, utvrđeno je da ista nema formalnih nedostataka, ali nadležna služba Uprave policije utvrdila je da uzorci ponuđenih usnika nijesu kompatibilni sa alkotesterima koji su traženi Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj: 404/19-2755/2 od 28.05.2019.godine.

Naime, nakon preuzimanja uzoraka usnika za alkometre, nadležna služba Uprave policije izvršila je testiranje istih i vezano za ponudu ponuđača „DEUS GROUP“ doo Nikšić, zaključila sledeće: „• da usnik za alkometar marke Alco Quant nije odgovarajući, odnosno nakon stavljanja istog u predviđeno ležište u uređaju, usnik ispada iz ležišta i ne dihtuje dobro tako da prilikom alkotestiranja dolazi do rasipanja vazduha mimo uređaja, što za posledicu ima da se alkotestiranje mora ponavljati po nekoliko puta ili da rezultati mjerenja budu netačni, • da usnik za alkometar marke Drager 7510 „nema razlike prilikom stavljanja usnika u uređaj, u odnosu na original.“, dok je za ponudu ponuđača „SKY TECHNOLOGIES“ doo Beograd, konstatovano da je „dostavio originalne uzorke proizvođača uređaja sa logom proizvođača“.

VI Naziv ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija:

Ponuđač: „SKY TECHNOLOGIES“ DOO	Kontakt osoba: Goran Vagić
Adresa: Beograd	Poštanski broj: 11080
Sjedište: Beograd	PIB (Matični broj): 103290147
Telefon: +381 11 711 4722	Faks: +381 11 711 4722
E-mail adresa: goran@sky-tec.rs	Internet stranica (web): www.sky-tec.rs

IX Cijena najpovoljnije ponude:

- 13.068,00 EUR sa uračunatim PDV-om

X Sa izabranim ponuđačem naručilac:

će zaključiti ugovor

Službenica za javne nabavke

Zorica Knežević



Direktor

dr Veselin Veljović

