

Prečišćeni tekst Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju pravna lica koja vrše ispitivanja kvaliteta voda obuhvata sljedeće propise:

1. Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju pravna lica koja vrše ispitivanja kvaliteta voda ("Službeni list Crne Gore", br. 066/12 od 31.12.2012),
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju pravna lica koja vrše ispitivanja kvaliteta voda ("Službeni list Crne Gore", br. 051/18 od 25.07.2018), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

## **PRAVILNIK**

### **O BLIŽIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA JU PRAVNA LICA KOJA VRŠE ISPITIVANJA KVALITETA VODA**

**("Službeni list Crne Gore", br. 066/12 od 31.12.2012, 051/18 od 25.07.2018)**

#### **Predmet**

#### **Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje treba da ispunjavaju pravna lica koja vrše određenu vrstu (fizičko-hemijskih, hidroloških, mikrobioloških, hidrobioloških i radioloških) ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda, kao i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda (u daljem tekstu: laboratorija) u pogledu kadra, opreme, prostorija i drugih uslova.

#### **Uslovi u pogledu kadra**

#### **Član 2**

Laboratorija, u zavisnosti od vrste ispitivanja kvaliteta voda, treba da ima za:

- 1) fizičko-hemijska ispitivanja površinskih voda najmanje tri zaposlena lica sa visokim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, VII-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (hemičar i/ili tehnolog i/ili fizikohemičar) i najmanje jedno zaposleno lice sa srednjim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (laboratorijski ili hemijski tehničar), a za:
  - mikrobiološka ispitivanja površinskih vode najmanje jedno zaposleno lice sa visokim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, VII-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (biolog-specijalista mikrobiologije ili diplomirani biolog) i najmanje jedno zaposleno lice sa srednjim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (laboratorijski tehničar);
  - hidrobiološka ispitivanja najmanje dva zaposlena lica sa visokim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, VII-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (diplomirani biolog);
  - radiološka ispitivanja najmanje dva zaposlena lica sa visokim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, VII-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (diplomirani fizičar ili diplomirani fizikohemičar);
- 2) fizičko-hemijska ispitivanja voda za kupanje najmanje jedno zaposleno lice sa visokim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, VII-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (diplomirani hemičar i/ili diplomirani tehnolog i/ili diplomirani fizikohemičar) i najmanje jedno zaposleno lice sa srednjim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (laboratorijski ili hemijski tehničar), a za mikrobiološka ispitivanja vode za kupanje najmanje jedno zaposleno lice sa visokim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, VII-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (diplomirani biolog-specijalista mikrobiologije ili diplomirani biolog) i najmanje jedno zaposleno lice sa srednjim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (laboratorijski tehničar);
- 3) fizičko-hemijska ispitivanja vode za ljudsku upotrebu-voda za piće najmanje tri zaposlena lica sa visokim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, VII-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (jednog specijalista sanitarne hemije i dva diplomirana hemičara i/ili diplomirana tehnologa i/ili diplomirana fizikohemičara) i najmanje jedno zaposleno lice sa srednjim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (laboratorijski ili hemijski tehničar), a za:

- mikrobiološka ispitivanja vode za piće najmanje jedno zaposleno lice sa visokim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, VII-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (doktor medicine-specijalista mikrobiologije, sa parazitologijom ili diplomirani biolog-specijalista mikrobiologije, odnosno biologije mikroorganizama) i najmanje jedno zaposleno lice sa srednjim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (laboratorijski tehničar);
- davanje stručnog mišljenja o kvalitetu vode za piće, najmanje jedno zaposleno lice- sa visokim obrazovanjem, kvalifikacija obima 240 CSPK-a kredita, VII-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (doktor medicine -specijalista higijene).

### **Oprema za fizičko-hemijska ispitivanja**

#### **Član 3**

Laboratorija koja vrši fizičko-hemijska ispitivanja treba da ima sljedeću opremu:

- 1) analitičku vagu sa tačnošću 0,0001 g;
- 2) tehničku vagu;
- 3) sušionik sa podešavanjem temperature do 250°C;
- 4) električnu peć za žarenje sa podešavanjem temperature do 600°C;
- 5) termostat za održavanje temperature od 20°C;
- 6) vodeno kupatilo za uparavanje;
- 7) UV/VIS spektrofotometar;
- 8) hladnjak;
- 9) konduktometar;
- 10) pH metar;
- 11) eksikator;
- 12) centrifugu;
- 13) vakuum sisaljku;
- 14) aparat za destilaciju vode;
- 15) termometar sa podjelom 0,1°C;
- 16) uređaj za filtraciju;
- 17) turbidimetar;
- 18) atomski apsorpcioni spektrofotometar (ASS) i/ili indukovana spregnuta plazma (ICPS);
- 19) gasni hromatograf i/ili tečni hromatograf;
- 20) jonski hromatograf;
- 21) analizator za organski ugljenik;
- 22) infracrveni spektrometar sa Furijevom trasformascijom;
- 23) laboratorijski pribor, staklo, hemikalije, plastične i staklene kontejnere; i
- 24) opremu za uzimanje uzorka vode.

### **Oprema za hidrološka ispitivanja**

#### **Član 4**

Laboratorija koja vrši hidrološka ispitivanja treba da ima sljedeću opremu:

- 1) opremu za mjerjenje protoka vode;
- 2) čamac sa odgovarajućom opremom;
- 3) GPS uređaj;
- 4) kameru; i
- 5) ostalu terensku opremu.

### **Oprema za mikrobiološka ispitivanja**

#### **Član 5**

Laboratorija koja vrši mikrobiološka ispitivanja treba da ima sljedeću opremu:

- 1) uređaj za suvu sterilizaciju;
- 2) autoklav;
- 3) inkubatore sa temperaturama podešenim na 22°C, 37°C, 42°C i 44°C;
- 4) vodena kupatila sa temperaturama podešenim na 45°C, 50°C i 80°C;
- 5) frižidere;
- 6) tehničku vagu;
- 7) opremu za membransku filtraciju;
- 8) binokularni mikroskop sa imerzijom;
- 9) rešo;
- 10) lonac za anaerobe; i
- 11) laboratorijsko posuđe, pribor za mikrobiološke analize i mikroskopiranje.

### **Oprema za hidrobiološka ispitivanja**

#### **Član 6**

Laboratorija koja vrši hidrobiološka ispitivanja treba da ima sljedeću opremu:

- 1) binokularni mikroskop sa imerzijom;
- 2) lupu;
- 3) uređaj za duboko zamrzavanje;
- 4) uređaj za hlađenje;
- 5) planktonsku mrežu;
- 6) opremu za uzorkovanje rječnog sedimenta;
- 7) pribor za uzimanje obraslog materijala;
- 8) drugu specifičnu opremu za uzimanje uzoraka;
- 9) centrifugu;
- 10) vagu (analitičku sa tačnošću 0,0001 g i tehničku);
- 11) pribor za mikroskopiranje (komore za brojanje);
- 12) sistem sita za ispiranje sedimenta; i
- 13) laboratorijsko posuđe.

### **Oprema za radiološka ispitivanja**

#### **Član 7**

Laboratorija koja vrši radiološka ispitivanja treba da ima sljedeću opremu:

- 1) alfa i beta brojač za mjerjenje niskih aktivnosti;
- 2) gama spektrometar visokog stepena razlučivanja;
- 3) brojač za mjerjenje tricijuma u vodi;
- 4) opremu za pripremu uzorka;
- 5) peć za žarenje;
- 6) sušionik;
- 7) digestor;
- 8) vakuum uparivač;
- 9) opremu za selektivno izdvajanje pojedinih radionuklida;
- 10) opremu za uzorkovanje;
- 11) laboratorijsko posuđe; i
- 12) drugu specifičnu opremu.

### **Oprema za ispitivanje sedimenata**

#### **Član 8**

Laboratorija koja vrši ispitivanja sedimenata treba da ima sljedeću opremu:

- 1) za uzorkovanje sedimenta;
- 2) sistem sita za granulometrijsku analizu;
- 3) peć za žarenje;
- 4) digestor;
- 5) liofilizator; i
- 6) drugu specifičnu opremu zavisno od pokazatelja.

### **Uslovi za mjerne uređaje**

#### **Član 9**

Mjerni uređaji iz čl. 3 do 8 ovog pravilnika, u pogledu kalibracije odnosno baždarenja, treba da ispunjavaju uslove, utvrđene zakonom kojim je uređena metrologija.

### **Prostорије за физичко-хемијска испитивања**

#### **Član 10**

Laboratorija koja vrši fizičko-hemskijska ispitivanja treba da ima posebne prostorije za:

- 1) prijem uzoraka, obradu rezultata i pripremu izvještaja;
- 2) obavljanje fizičko-hemskih analiza, sa tekućom vodom, radnim površinama i digestorom;
- 3) smještaj analitičkih instrumenata;
- 4) smještaj analitičkih i drugih vaga sa antivibracionim stolovima;
- 5) smještaj termostata, hladnjaka i sličnih aparata;
- 6) pranje i sušenje laboratorijskog posuđa;
- 7) skladištenje hemikalija i laboratorijskog posuđa; i
- 8) skladištenje zapaljivih, opasnih i eksplozivnih materijala.

### **Prostорије за хидролошка испитивања**

#### **Član 11**

Laboratorija koja vrši hidrološka ispitivanja treba da ima posebne radne prostorije za:

- 1) skladištenje terenske opreme i
- 2) obradu rezultata i pripremu izvještaja.

### **Proсторије за микробиолошка испитивања**

#### **Član 12**

Laboratorija koja vrši mikrobiološka ispitivanja treba da ima posebne radne prostorije za:

- 1) prijem uzoraka, obradu rezultata i pripremu izvještaja;
- 2) primarnu obradu uzoraka;
- 3) sekundarnu obradu uzoraka - očitavanje rezultata i mikroskopiranje;
- 4) pripremu mikrobioloških podloga i reagenciju (laboratorijska kuhinja);
- 5) pranje laboratorijskog posuđa i dekontaminaciju (vlažnu sterilizaciju); i
- 6) suvu sterilizaciju i čuvanje sterilisanog laboratorijskog posuđa.

### **Proсторије за хидробиолошка испитивања**

#### **Član 13**

Laboratorija koji vrši hidrobiološka ispitivanja treba da ima posebne prostorije za:

- 1) pripremu uzoraka, biološka ispitivanja i mikroskopiranje;
- 2) pranje i sušenje laboratorijskog posuđa;
- 3) obradu rezultata i pripremu izvještaja; i
- 4) skladištenje potrebnog pribora, opreme i laboratorijskog posuđa.

## Prostorije za radiološka ispitivanja

### Član 14

Laboratorija koji vrši radiološka ispitivanja treba da ima posebne prostorije za:

- 1) pripremu uzorka za mjerjenje;
- 2) smještaj mjerne opreme;
- 3) čuvanje kalibracionih radioaktivnih izvora i privremeno odlaganje kontaminiranog materijala i uzorka sa propisanom zaštitom od zračenja;
- 4) pranje i sušenje opreme i laboratorijskog posuđa;
- 5) obradu rezultata i pripremu izvještaja; i
- 6) skladištenje hemikalija, laboratorijske opreme i posuđa.

## Utvrđivanje ispunjenosti uslova

### Član 15

Ispunjenost uslova iz čl. 2 do 14 ovog pravilnika utvrđuje se sertifikatom o akreditaciji laboratorije.

Uz sertifikat iz stava 1 ovog člana podnosi se dokaz o upisu u Centralni registar privrednih subjekata.

## Prestanak važenja propisa

### Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše određena ispitivanja kvaliteta voda ("Službeni list RCG", broj 10/97).

## Stupanje na snagu

### Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".