

133.

Na osnovu člana 8 stav 2 Zakona o metrologiji ("Službeni list CG", broj 79/08), Ministarstvo ekonomije donijelo je

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM I METROLOŠKIM USLOVIMA I POSTUPKU OVLAŠĆIVANJA LICA ZA PRIPREMU SPRAVA ZA MJERENJE TEČNIH GORIVA I SPRAVA ZA MJERENJE TEČNOG NAFTNOG GASA ZA OVJERAVANJE

("Sl. list Crne Gore", br. 15/10 od 23.03.2010, 09/13 od 12.02.2013)

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i metrološki uslovi, potreban stručni kadar i postupak ovlašćivanja privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica za vršenje poslova pripreme sprava za mjerjenje tečnih goriva i sprava za mjerjenje tečnog naftnog gasa za ovjeravanje.

Spravama, iz stava 1 ovog člana smatraju se mjerni sistemi koji služe za utakanje i mjerjenje tečnog goriva i tečnog naftnog gasa u motornim vozilima i plovilima.

Član 2

Priprema sprava iz člana 1 ovog pravilnika za ovjeravanje, obuhvata pregled sprava, popravku sprava, pripremu etalona za ispitivanje sprava i ispitivanje odnosno, provjeru metroloških i tehničkih karakteristika sprava.

O izvršenim radnjama iz stava 1 ovog člana, sačinjava se pisani izvještaj, koji sadrži:

- 1) podatke o korisniku sprava (naziv, sjedište, adresu, odgovorno lice, poreski identifikacioni broj, broj telefona);
- 2) podatke o mjestu i datumu pregleda sprava;
- 3) podatke o spravi (proizvođač, tip, godina proizvodnje i serijski broj);
- 4) metrološke i druge tehničke podatke za ovjeravanje;
- 5) kratak opis kvara sprava;
- 6) datum i mjesto sačinjavanja zapisnika;
- 7) pečat, ime, prezime i potpis odgovornog lica u ovlašćenom privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu za pripremu sprava za ovjeravanje.

Član 3

Ovlašćeno privredno društvo, odnosno drugo pravno lice za vršenje poslova pripreme sprava iz člana 1 ovog pravilnika za ovjeravanje, prilikom popravke sprava, ne smije ukloniti državni žig postavljen na spravi, bez prisustva službenika Zavoda za metrologiju (u daljem tekstu: Zavod).

Nakon popravke sprava iz stava 1 ovog člana, vrši se njihovo ovjeravanje.

Ovjeravanje sprava iz stava 2 ovog člana, vrši se u radnim uslovima na mjestu korišćenja sprava.

II. TEHNIČKI I METROLOŠKI USLOVI I POTREBAN STRUČNI KADAR

Član 4

Poslove pripreme sprava iz člana 1 ovog pravilnika, za ovjeravanje, može vršiti privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, ako:

- 1) je upisano u Centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti iz oblasti metrologije;
- 2) ima opremu za ispitivanje sprava;
- 3) ima prostor za smještaj opreme za ispitivanje sprava;
- 4) ima potreban stručni kadar.

Član 5

Za ispitivanje sprava za mjerjenje tečnih goriva u cilju pripreme za ovjeravanje, ovlašćeno privredno društvo, odnosno drugo pravno lice mora imati sljedeću opremu:

- 1) metalne etalon posude - radni etaloni, nazivne zapremine od 5 litara, 20 litara, 50 litara, 100 litara i 200 litara za protoke do 200 litara/min, čija kombinovana mjerna nesigurnost nije veća od 0,1%. Etalon posude se postavljaju na auto prikolicu i čine pokretnu laboratoriju za pregled sprava;

- 2) termometar opsega -10°C do +40°C, čini najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,5°C;
- 3) sekundomjer, sa vrijednošću podjeljka 0,1s.

Član 6

Za ispitivanje sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa u cilju pripreme za ovjeravanje, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice mora da ima sljedeću opremu:

- 1) metalnu etalon posudu - radni etalon, nazivne zapremine od najmanje 20 litara, čija kombinovana mjerna nesigurnost nije veća od 0,1%, koja je opremljena termometrom opsega -10°C do +40°C, čiji najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,5°C i manometrom opsega 0 do 20 bara najmanje klase tačnosti 1.6;
- 2) termometar opsega -10°C do 40°C, čiji najmanji podjeljak ne smije biti veći od 0,5°C ;
- 3) sekundomjer, sa vrijednošću podjeljka 0,1s.

Član 7

Za opremu iz čl. 5 i 6 ovog pravilnika, mora biti izdato uvjerenje o ovjeravanju, odnosno uvjerenje o kalibraciji. Oprema iz stava 1 ovog člana, mora imati važeći žig.

Član 8

Pored opreme iz čl. 5 i 6 ovog pravilnika, za ispitivanje sprava iz člana 1 ovog pravilnika, u cilju pripreme za ovjeravanje, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice mora imati i dodatnu opremu:

- 1) pumpu za povrat tečnog goriva iz etalona u rezervoare;
- 2) kompresor za povrat tečnog naftnog gasa iz etalona u rezervoar;
- 3) kabal za uzemljenje prikolice;
- 4) garnituru neiskrećeg alata.

Svi priključci dodatne opreme na izvor napajanja električne energije moraju biti u protiveksplozivnoj izradi.

Član 9

Za vršenje poslova pripreme sprava za ovjeravanje, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice mora imati prostor za smještaj opreme za ispitivanje sprava.

Član 10

Za vršenje poslova pripreme sprava za ovjeravanje, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, mora imati najmanje dva zaposlena u stalnom radnom odnosu, sa najmanje srednjom stručnom spremom, tehničkog smjera i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja ili proizvodnje ili servisiranja sprava.

III. POSTUPAK OVLAŠĆIVANJA

Član 11

Ovlašćivanje privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica za vršenje poslova pripreme sprava iz člana 1 ovog pravilnika, za ovjeravanje, vrši se na osnovu zahtjeva, koji se podnosi organu državne uprave nadležnom za poslove metrologije (u daljem tekstu: Ministarstvo).

U zahtjevu iz stava 1 ovog člana, navode se podaci o podnosiocu zahtjeva (naziv, sjedište, poreski identifikacioni broj, kontakt telefon.), kao i na koje sprave se zahtjev odnosi (za mjerenje tečnih goriva i/ili tečnog naftnog gasa).

Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice podnosi:

- 1) dokaz da ima opremu propisanu ovim pravilnikom (tehnička dokumentacija);
- 2) pisanu izjavu da ima prostor za smještaj opreme za ispitivanje sprava;
- 3) dokaz o zaposlenom stručnom kadru u skladu sa uslovima iz člana 10 ovog pravilnika.

Član 12

Privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu, koje za vršenje poslova pripreme sprava iz člana 1 ovog pravilnika, za ovjeravanje, ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom, Ministarstvo izdaje ovlašćenje.

Ovlašćenje iz stava 1 ovog člana, izdaje se rješenjem.

Član 13

Ovlašćeno lice iz člana 12 stav 1 ovog pravilnika, dostavlja Zavodu izvještaje o pripremi sprava za ovjeravanje tromjesečno i učestvuje u uporednim ispitivanjima koje organizuje Zavod.

Lice iz stava 1 ovog člana, čuva izvještaje o pripremi sprava za ovjeravanje u štampanoj ili elektronskoj formi,

najmanje tri godine od dana prestanka važenja uvjerenja o ovjeravanju.

ZAVRŠNA ODREDBA

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 0904-694/4

Podgorica, 11. mart 2010. godine

Ministar,
Branko Vujović, s.r.